

Изменение № 1 ГОСТ 20997.3—81 Таллий. Метод спектрального определения кадмия и цинка

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.11.86 № 3514 срок введения установлен

с 01.07.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

Вводная часть. Заменить слова: «при его массовой доле не менее 99,99 %» на «марок Т10 и Т11 по ГОСТ 18337—80».

Раздел 2. Последний абзац дополнить словами: «Приготовление раствора приведено в приложении ГОСТ 20997.2—81».

Раздел 3. Заменить слова: «Градуировочные образцы и основу хранят в бюксах или баночках с завинчивающимися крышками» на «Градуировочные

(Продолжение см. с. 88)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20997.3—81)

образцы должны быть аттестованы в соответствии с нормативно-технической документацией. Хранят образцы и основу в бюксах или баночках с завинчивающимися крышками. Срок хранения 1 г».

Пункт 5.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Относительное среднее квадратическое отклонение сходимости результатов параллельных определений не превышает 0,12».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов двух параллельных определений рассчитывают по формуле $d=0,33 \bar{x}$, где \bar{x} — среднее арифметическое результатов параллельных определений».

(ИУС № 2 1987 г.)