
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
EN 12766-3—
2014

НЕФТЕПРОДУКТЫ И ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА

**Определение полихлорированных бифенилов (PCB)
и родственных соединений**

Ч а с т ь 3

**Определение и вычисление содержания
полихлорированных терфенилов (PCT)
и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT)
методом газовой хроматографии (GC)
с использованием электронозахватного
детектора (ECD)**

(EN 12766-3:2004, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2014 г. № 72-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2015 г. № 418-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 12766-3—2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 12766-3:2004 Petroleum products and used oils — Determination of PCBs and related products — Part 3: Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD) [Нефтепродукты и отработанные масла. Определение PCB и родственных соединений. Часть 3. Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)].

Европейский региональный стандарт разработан техническим комитетом CEN/TC 19 «Газообразные и жидкые топлива, смазочные материалы и родственные продукты нефтяного, синтетического и биологического происхождения».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры европейского регионального стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия — идентичная (IDT)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	2
4 Основные положения	3
5 Реактивы и материалы	3
6 Аппаратура	5
7 Отбор и подготовка проб	5
8 Процедура очистки	5
9 Рабочие условия газового хроматографа	5
10 Проверка характеристик прибора и разрешающей способности	6
11 Калибровка	6
12 Измерение	8
13 Вычисление результатов	8
14 Вычисление общего содержания PCB и родственных PCB	9
15 Прецизионность	10
16 Протокол испытаний	11
Приложение А (обязательное) Типичные хроматограммы	12
Библиография	18
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным стандартам	19

НЕФТЕПРОДУКТЫ И ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА

Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений

Ч а с т ь 3

**Определение и вычисление содержания полихлорированных терфенилов (PCT)
и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) методом газовой хроматографии (GC)
с использованием электронозахватного детектора (ECD)**

Petroleum products and used oils. Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) and related products. Part 3. Determination and quantification of polychlorinated terphenyls (PCT) and polychlorinated benzyl toluenes (PCBT) content by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD)

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания полихлорированных терфенилов (PCT) и полихлорированных бензилтолуолов (PCBT) в нефтепродуктах и аналогичных материалах стандартным разделением с помощью газовой хроматографии. Для количественного определения PCT после хроматографического разделения используют промышленные смеси Aroclor 5442 и Aroclor 5460, для определения PCBT—Ugilec 141.

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные неиспользованные, отработанные и подвергнутые обработке (например, дехлорированию) масла, а также синтетические смазочные масла и нефтяные и синтетические смазочные масла, восстановленные с использованием соответствующих процедур из других материалов, например из отходов, а также на смеси растительных масел.

П р и м е ч а н и е 1 — Настоящий стандарт разработан в дополнение к EN 12766-1 и EN 12766-2 для обеспечения метода определения общего содержания полихлорированных бифенилов в соответствии со статьями 2, 3 и 4 Директивы [1]. Общее содержание PCB в соответствии с указанной Directive вычисляют как сумму PCB, полученных по EN 12766-2, PCT и PCBT, определенных по настоящему стандарту.

Количественное определение соединений трех разных классов по настоящему стандарту возможно, если их содержание превышает сумму родственных соединений, приведенную в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Содержание полихлорированных соединений для их количественного определения

Класс соединений	Содержание, мг/кг, не менее	Метод испытания
Полихлорированные бифенилы (PCB)	8	По EN 12766-2, метод А
	4	По EN 12766-2, метод В
Полихлорированные терфенилы (PCT)	10	По EN 12766-3
Полихлорированные бензилтолуолы (PCBT)	5	По EN 12766-3
Общее содержание PCB и родственных продуктов ^{a)}	25	По EN 12766-2 и EN 12766-3

^{a)} Приведенные значения являются предпочтительными. В зависимости от практических концентраций трех разных классов продуктов возможно получение лучших характеристик в более ограниченном диапазоне. Пользователь должен доказать, что анализ был проведен в правильно калиброванном диапазоне.

ГОСТ EN 12766-3—2014

П р и м е ч а н и е 2 — С целью упрощения и рационализации аналитической процедуры, необходимой для создания мощной, быстрой и экономичной системы инвентаризации оборудования, содержащего жидкости, классифицированные как PCB (в соответствии с Директивой [1]), предлагается с использованием соответствующих методов скрининга определить общее содержание хлора в свежем, использованном или очищенном изоляционном масле:

- I) предварительно дозированные колориметрические комплекты для измерения 25 или 50 мг/кг общего хлора (US EPA ain SW-846, метод 9079);
- II) электрохимические методы обнаружения общего хлора в диапазоне от 2 до 2000 мг/кг (DEXSIL® L-2000 DXC—US EPA SW-846, метод 9079 и US EPA, SW-846, метод 9078);
- III) метод длинноволновой рентгенофлуоресценции;
- IV) окислительная микрокулонометрия или другие научно обоснованные аналитические методы.

По общему содержанию хлора, измеренному для конкретного образца, можно вычислить теоретическое максимальное содержание PCB. Если полученное при этом максимальное эквивалентное содержание PCB значительно ниже предела, установленного Директивой [1] (50 мг/кг общего содержания PCB) или в соответствии с нормативами конкретной страны (например, 25 мг/кг общего содержания PCB), то испытанный образец можно классифицировать как «не содержащий PCB».

П р и м е ч а н и е 3 — Если общее содержание хлора в исследуемом образце превышает указанный предел, необходимо провести дальнейший анализ методом газовой хроматографии в соответствии с настоящим стандартом, используя общее содержание хлора в качестве:

- I) руководства для определения степени разбавления, обеспечивающей работу электронозахватного детектора (ECD) в линейном диапазоне (EN 12766-1, 10.3.2);
- II) метода вычисления соотношения между общим содержанием хлора и общим содержанием PCB для целей контроля качества;
- III) метода для классификации опасности масла (например, в конце его срока службы, при регенерации, использовании в качестве топлива и/или утилизации в соответствии с национальным законодательством).

П р и м е ч а н и е 4 — В настоящем стандарте «% масс.» и «% об.» используются для представления содержания в процентах по массе и в процентах по объему.

Предупреждение — Настоящий стандарт не ставит своей целью решить все вопросы безопасности, связанные с его применением. Пользователь стандарта несет ответственность за обеспечение соответствующих мер безопасности и охраны здоровья и определяет пригодность упомянутых ограничений перед его применением.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 12766-1:2000 Petroleum products and used oils — Determination of PCBs and related products — Part 1: Separation and determination of selected PCB congeners by gas chromatography (GC) using an electron capture detector (ECD) [Нефтепродукты и отработанные масла. Определение PCB и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB газовой хроматографией (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)]

EN 12766-2:2001 Petroleum products and used oils — Determination of PCBs and related products — Part 2: Calculation of polychlorinated biphenyl (PCB) content [Нефтепродукты и отработанные масла. Определение PCB и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания полихлорированных бифенилов (PCB)]

ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода, используемая для лабораторного анализа. Спецификация и методы испытаний)

3 Термины и определения

В разных правилах и законодательствах термин «полихлорированные бифенилы (PCB)» включает также полихлорированные терфенилы (PCT) и полихлорированные бензилтолуолы (PCBT). В настоящем стандарте наименование полихлорированные бифенилы определяется химической структурой, количественное определение PCB — по EN 12766-1 и EN 12766-2.

В настоящем стандарте применение терминов PCT или PCBT обусловлено химической структурой и приведено определение их содержания.

В соответствии с Директивой [1] результаты анализа полихлорированных бифенилов выражают общей суммой PCB, определенных по EN 12766-2, плюс содержание PCT и PCBT, определенных по настоящему стандарту.

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 полихлорированный бифенил (PCB) [polychlorinated biphenyl (PCB)]: Бифенил, имеющий от 1 до 10 атомов водорода, замещенных хлором.

П р и м е ч а н и е — С юридической точки зрения родственные бифенилы с одним, двумя или десятью замещенными атомами можно из этого определения исключить.

3.2 полихлорированный терфенил (PCT) [polychlorinated terphenyl (PCT)]: Терфенил, который содержит от 1 до 14 атомов хлора в качестве заместителей.

П р и м е ч а н и е — Существует 8557 родственных полихлорированных терфенилов.

3.3 полихлорированные бензилтолуолы (PCBT) [polychlorinated benzyl toluenes (PCBT)]: Семейство полихлорированных монометилбифенилметанов.

3.4 родственные соединения (congeners): Любые хлорированные производные бифенилов или терфенилов, независимо от количества замещенных атомов хлора.

3.5 декахлорбифенил (DCB) [dekaclorbiphenyl (DCB)]: Родственный PCB 209.

П р и м е ч а н и е — Этот родственный PCB используют в качестве контрольного и внутреннего стандарта.

4 Основные положения

Используют процедуру подготовки образца (очистки) для удаления большей части примесей, мешающих определению. Процедуру очистки выбирают с учетом типа образца. Ряд процедур очистки описан в EN 12766-1, раздел 8 и В.1—В.5 приложения В.

Группы родственных PCT и PCBT определяют с помощью газовой хроматографии высокого разрешения на капиллярной колонке с использованием электронозахватного детектора и внутреннего стандарта.

PCBT и PCT разделены на группы перекрывающихся родственных соединений. Хроматограммы, полученные для PCBT и смесей PCT Aroclor, приведены в приложении А. Вычисляют экспериментальные относительные времена удерживания (ERRT). Калибровку и количественную оценку идентифицированных пиков проводят с использованием стандартных смесей и внутреннего стандарта. Некоторые родственные соединения — маркеры (по три выбранных, наиболее распространенных для каждой промышленной смеси) определяют количественно и вычисляют общее содержание PCT и PCBT.

5 Реактивы и материалы

Используют только реактивы квалификации ч. д. а. и воду квалификации 3 по ISO 3696. Все реактивы и материалы, в том числе используемые для очистки, не должны содержать PCB, PCT и PCBT и соединений, влияющих на работу ECD. При наличии достаточного объема раствора образца содержание PCT и PCBT можно определить гравиметрическим методом.

5.1 Реактивы и материалы для приготовления образца (очистки)

5.1.1 Растворители высокой степени чистоты, не содержащие PCB и соединений, влияющих на работу ECD. Предпочтительным является гептан, можно также использовать 2,2,4-триметилпентан.

5.1.2 Сульфат натрия гранулированный, безводный.

5.1.3 Серная кислота чистотой от 96 % масс. до 98 % масс.

5.1.4 Активный силикагель для разделения образца с размером частиц от 100 до 200 мкм.

5.1.5 Колонки для твердофазной экстракции:

а) колонка вместимостью 3 см³ с силикагелем; масса силикагеля — 500 мг с размером частиц 40 мкм;

б) колонка вместимостью 3 см³ с бензолсульфоновой кислотой; масса бензолсульфоновой кислоты — 500 мг с размером частиц 40 мкм.

5.1.6 Адаптер для соединения двух колонок.

5.1.7 Вакуумная система с устройством для подключения к колонкам (дополнительно).

Реактивы и материалы, необходимые для альтернативной и дополнительной очистки, приведены в EN 12766-1, приложение В.

5.2 Реактивы и материалы для газохроматографического (GC) анализа

П р и м е ч а н и е — Чистота всех газов должна быть не менее 99,99 % об. Линию подачи газа (газа-носителя и нагнетаемого газа) оснащают фильтром-осушителем и картриджем для поглощения кислорода.

5.2.1 Гексахлорбензол чистотой не менее 99 % об.

5.2.2 Газ-носитель — гелий или водород.

5.2.3 Нагнетаемый газ — азот или смесь аргон/метан в объемном соотношении 95:5.

5.3 Растворы стандартов и калибровочных растворов

П р и м е ч а н и е — Растворы стандартов, приведенные в этом разделе, можно приобрести в виде промышленных растворов с известной концентрацией (с точностью $\pm 5\%$) в углеводородных растворителях (5.1.1), полученных из веществ чистотой не менее 99 % об., или приготовить из чистых материалов.

5.3.1 Раствор родственного PCB 30 номинальной концентрацией 10 мг/дм³ (используют в качестве контрольного пика).

5.3.2 Раствор родственного PCB 209 (DCB) номинальной концентрацией 10 мг/дм³ (используют в качестве контрольного пика и внутреннего стандарта).

5.3.3 Раствор внутреннего стандарта

Раствор внутреннего стандарта, содержащий 2 мг/дм³ родственного PCB 30 и 2 мг/дм³ родственного PCB 209. В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 5 см³ раствора по 5.3.1 и 5 см³ раствора по 5.3.2 и доводят до метки растворителем (5.1.1).

5.3.4 Раствор PCBT Ugilec 141 (Ugilec T) в растворителе (5.1.1) с точно известной концентрацией приблизительно 100 мг/дм³.

5.3.5 Раствор PCT (Aroclor 5442) в растворителе (5.1.1) с точно известной концентрацией приблизительно 100 мг/дм³.

5.3.6 Раствор PCT (Aroclor 5460) в растворителе (5.1.1) с точно известной концентрацией приблизительно 100 мг/дм³.

5.3.7 Стандартный раствор PCBT Ugilec 141 в растворителе (5.1.1) концентрацией 10 мг/дм³ или другой концентрацией, обеспечивающей отклик в пределах линейного рабочего диапазона газохроматографического детектора (см. также EN 12766-1, 10.3). Для приготовления стандартного раствора в мерную колбу вместимостью 10 см³ помещают 7 см³ растворителя, соответствующее количество Ugilec 141 (5.3.4), 1 см³ раствора внутреннего стандарта (5.3.3), добавляют 1,000 г базового масла (5.4), взвешенного с точностью до 0,001 г, и доводят до метки растворителем.

5.3.8 Стандартный раствор PCT Aroclor 5442 в растворителе (5.1.1) концентрацией 10 мг/дм³ или другой концентрацией, обеспечивающей отклик в пределах линейного рабочего диапазона газохроматографического детектора (см. также EN 12766-1, 10.3). Для приготовления стандартного раствора в мерную колбу вместимостью 10 см³ помещают 7 см³ растворителя, соответствующее количество PCT Aroclor 5442 (5.3.5), добавляют 1 см³ раствора внутреннего стандарта (5.3.3) и 1,000 г базового масла (5.4), взвешенного с точностью до 0,001 г, и доводят до метки растворителем.

5.3.9 Стандартный раствор PCT Aroclor 5460 в растворителе (5.1.1) концентрацией 10 мг/л или другой концентрацией, обеспечивающей отклик в пределах линейного рабочего диапазона газохроматографического детектора (см. также EN 12766-1, 10.3). Для приготовления стандартного раствора в мерную колбу вместимостью 10 см³ помещают 7 см³ растворителя, соответствующее количество PCT Aroclor 5460 (5.3.5), точно дозируют 1 см³ раствора внутреннего стандарта (5.3.3) и 1,000 г базового масла (5.4), взвешенного с точностью до 0,001 г и доводят до метки растворителем.

5.4 Базовое масло

Неиспользованное масло, не содержащее PCB, PCT и PCBT, как указано в EN 12766-1 (примечание к пункту 5.5).

5.5 Контрольный образец

Стандартная смесь PCT и PCBT в базовом масле концентрацией в середине диапазона калибровки, имеющая отклик в линейном диапазоне ECD.

6 Аппаратура

6.1 Общие положения

Все детали аппаратуры, контактирующие с образцом, особенно насадочные колонки для очистки жидкостной хроматографией, не должны содержать PCB, PCT и PCBT и мешающих веществ. Стеклянную посуду перед использованием очищают растворителем (5.1.1).

Допускается использовать для жидкостной хроматографии пластиковые наконечники пипеток и пластиковые колонки. Должна быть подтверждена необходимая чистота одноразовых материалов.

Дополнительно к стандартному лабораторному оборудованию и стеклянной посуде используют следующее оборудование.

6.2 Газовый хроматограф

Используют газовый хроматограф, приведенный в EN 12766-1, 6.2.

Газовый хроматограф должен обеспечивать разрешение пиков стандартных растворов (5.3.7—5.3.9) не хуже, чем приведено на рисунках A.1—A.3 приложения A. Должны наблюдаться не менее 21 пика для Ugiltec 141, не менее 57 пиков PCT для Aroclor 5460 и 81 пик PCT для Aroclor 5442. Газовый хроматограф также должен обеспечивать воспроизводимость экспериментального относительного времени удерживания (*ERRT*) с точностью $\pm 0,0015$.

6.3 Колонки

Используют колонки, приведенные в EN 12766-1, 6.3.

7 Отбор и подготовка проб

Отбор и подготовка проб — по EN 12766-1, раздел 7.

Перед процедурой очистки готовят раствор образца следующим образом: в мерную колбу вместимостью 10 см³ взвешивают приблизительно 1,000 г гомогенизированного образца с точностью до 0,001 г, добавляют приблизительно 8 см³ растворителя (5.1.1) и тщательно перемешивают, затем добавляют 1 см³ раствора внутреннего стандарта (5.3.3) и содержимое колбы доводят до метки растворителем.

Для обеспечения определения содержания PCT и PCBT в линейном диапазоне GC детектора при необходимости образец разбавляют базовым маслом (5.4).

8 Процедура очистки

Обычно для очистки образца достаточно использовать относительно простую процедуру, приведенную в EN 12766-1, раздел 8. Если эта очистка является неудовлетворительной, можно использовать одну из альтернативных процедур по EN 12766-1 (B.1—B.5 приложения B).

П р и м е ч а н и е — Для изоляционных жидкостей можно использовать процедуру очистки по EN 12766-1, B.2 приложения B.

9 Рабочие условия газового хроматографа

9.1 Настройка газового хроматографа

Можно использовать рабочие условия, приведенные ниже, но они должны быть оптимизированы для каждой GC системы для обеспечения получения хроматограмм стандартных исходных растворов (5.3.7—5.3.9), аналогичных хроматограммам в приложении A. В приведенном примере в качестве газа-носителя был использован водород. При использовании других газов-носителей получают другие значения времени удерживания.

9.2 Инжектор

Систему ввода устанавливают в соответствии с инструкцией изготовителя.

П р и м е ч а н и е — Для анализа можно использовать следующие параметры:

a) инжектор с делением/без деления потока:

режим без деления: температура — от 240 °C до 280 °C;

клапан делителя закрыт между 0,5—1,5 мин;

режим с делением: температура — от 250 °C до 280 °C;

соотношение деления потока: 5:1;

b) инжектор для ввода проб в колонку: температура — от 50 °C до 110 °C в зависимости от используемого растворителя.

9.3 Программа температуры термостата

Программу температуры термостата выбирают так, чтобы получить хроматограмму требуемого качества. В зависимости от используемого растворителя и способа ввода пробы устанавливают начальную температуру и начальный изотермический период.

Типичные параметры приведены в таблице 2. Для получения хроматограммы необходимого качества эти параметры могут быть изменены.

Т а б л и ц а 2 — Типичные параметры программы температуры термостата

Программа настройки	При постоянном давлении	При постоянном потоке (электронное управление)
Начальный изотермический период, мин	1	1
Начальная температура, °C	50	50
Программирование температуры	От 50 °C до 168 °C со скоростью 50 °C/мин От 168 °C до 290 °C со скоростью 4 °C/мин	От 50 °C до 168 °C со скоростью 50 °C/мин От 168 °C до 290 °C со скоростью 2,5 °C/мин
Конечный изотермический период	290 °C в течение 30 мин	290 °C в течение 46 мин
Охлаждение до температуры, °C	50	90

9.4 Расход газа-носителя

a) При постоянном давлении

Устанавливают давление на входе, например 270 кПа для гелия, обеспечивая скорость потока через колонку 1 см³/мин при 130 °C.

b) При постоянном потоке (электронное управление)

Устанавливают скорость потока через колонку 1 см³/мин.

П р и м е ч а н и е — Использование водорода в качестве газа-носителя позволяет снизить давление в колонке и сократить время анализа.

9.5 Установочные параметры электронозахватного детектора (ECD)

Температура должна быть от 300 °C до 350 °C.

Используют установочные параметры, рекомендованные изготовителем прибора, для обеспечения оптимальных условий линейности детектора.

Скорость потока нагнетаемого газа должна быть от 20 до 40 см³/мин для обеспечения достаточной чувствительности детектора для анализируемых соединений.

10 Проверка характеристик прибора и разрешающей способности

П р и м е ч а н и е — Работу прибора проверяют по EN 12766-1, раздел 10.

Используя стандартные хроматографические параметры, вводят стандартные растворы (5.3.7—5.3.9) подходящей концентрации в пределах линейного диапазона детектора. Сравнивают полученную хроматограмму со стандартной хроматограммой и проверяют соответствие пиков для идентификации смеси. Идентифицируют все пики, сравнивая с хроматограммами и таблицами, приведенными в приложении А, в соответствии с 6.2.

11 Калибровка

11.1 Общие положения

П р и м е ч а н и е — Газовый хроматограф калибруют в линейном диапазоне ECD. Количество базового масла (5.4) в калибровочном растворе должно соответствовать количеству масла в растворе образца для сопоставимости влияния помех на ECD.

Предварительно очищают по 250 мкл каждого стандартного раствора (5.3.7—5.3.9) по разделу 8. Вводят каждый из полученных растворов в газовый хроматограф в соответствии с разделом 9.

11.2 Определение экспериментального относительного времени удерживания ($ERRT_i$)

Для каждого раствора промышленной смеси (5.3.7, 5.3.8 и 5.3.9) идентифицируют и выбирают три пика-маркера в зависимости от их относительного содержания (см. таблицу 3). Для каждого пика-маркера из соответствующей промышленной смеси определяют экспериментальное относительное время удерживания $ERRT_i$, относительно пиков C30 и C209 (5.3.1 и 5.3.2) по формуле

$$ERRT_i = \frac{t_i - t_{30}}{t_{209} - t_{30}}, \quad (1)$$

где t_i — время удерживания i -го пика маркера с момента ввода;

t_{30} — время удерживания родственного PCB 30 (контрольный стандарт);

t_{209} — время удерживания родственного PCB 209 (внутренний стандарт).

В таблице 3 приведены значения экспериментального относительного времени удерживания для интересующих пиков.

П р и м е ч а н и е 1 — Пики родственных PCB 30 (5.3.1) и PCB 209 (5.3.2) выбирают в качестве контрольных пиков для определения $ERRT$, поскольку они расположены отдельно от пиков родственных соединений в коммерческих смесях и позволяют получить точно повторяемые значения $ERRT$.

П р и м е ч а н и е 2 — Хроматограммы трех технических смесей приведены в приложении А. Для облегчения идентификации пики-маркеры, приведенные в таблице 3, обозначены в соответствии с их родственными группами на хроматограммах.

Т а б л и ц а 3 — Примеры пиков-маркеров в технических смесях

Группа родственных соединений	$ERRT$ (пример)	Относительное содержание, %
(PCB 28)	0,1172	a)
(PCB 52)	0,1854	a)
(PCB 101)	0,3567	a)
UG 1	0,4375	7,55
UG 2	0,4602	11,56
UG 3	0,4999	14,83
(PCB 153)	0,5214	a)
(PCB 138)	0,5742	a)
(PCB 180)	0,7031	a)
PCT 5442-1 (PCT 01, таблица A.2)	0,8005	3,91
PCT 5442-2 (PCT 05, таблица A.2)	0,8467	4,08
PCT 5442-3 (PCT 06, таблица A.2)	0,8642	3,91
PCT 5460-1 (PCT 05, таблица A.3)	1,2867	2,66
PCT 5460-2 (PCT 11, таблица A.3)	1,3629	4,82
PCT 5460-3 (PCT 13, таблица A.3)	1,4135	5,04

^{a)} Относительное содержание зависит от типа промышленной смеси PCB.

11.3 Определение экспериментальных относительных коэффициентов отклика ($ERRF_{i,j}$) для РСТ

Экспериментальные относительные коэффициенты отклика [по отношению к родственному PCB 209 (5.3.2)] для пиков маркеров в промышленных смесях (5.3.8 и 5.3.9) вычисляют по формуле

$$ERRF_{i,j} = \frac{A_{i,j}W_s}{A_s W_{i,j}}, \quad (2)$$

где i — порядковый номер для выбранного пика маркера РСТ;

j — порядковые номера выбранной коммерческой смеси (5.3.8, 5.3.9);

$A_{i,j}$ — площадь или высота выбранного i -го пика маркера в j -й коммерческой смеси РСТ;
 w_s — концентрация внутреннего стандарта (родственного РСВ 209), мг/дм³;
 A_s — площадь или высота пика внутреннего стандарта (родственного РСВ 209);
 $w_{i,j}$ — концентрации i -го пика маркера в j -й коммерческой смеси, мг/дм³. Концентрацию $w_{i,j}$ вычисляют умножением концентрации j -го РСТ в калибровочном растворе на его относительное содержание в технической смеси (в процентах), приведенное в таблице 3 для j -го РСТ, и последующим делением на 100.

Составляют таблицу калибровки, аналогичную таблице 3, в которой приведены $ERRF_{i,j}$ для каждого выбранного пика маркера. Стандартные калибровочные растворы (5.3.8) и (5.3.9) для РСТ Aroclor 5442 и РСТ Aroclor 5460 при калибровке были подвергнуты хроматографическому анализу.

Для каждого i -го пика маркера каждой j -й технической смеси вычисляют $ERRF$ путем анализа стандартных растворов 5.3.8 и 5.3.9.

11.4 Определение экспериментальных относительных коэффициентов отклика ($ERRF_i$ для РСВТ)

Экспериментальный относительный коэффициент отклика $ERRF_i$ вычисляют (по отношению к родственному РСВ 209) для выбранного пика (пики-маркеры промышленных смесей) по формуле

$$ERRF_i = \frac{A_i w_s}{A_s w_i}, \quad (3)$$

где i — порядковые номера для трех выбранных родственных соединений группы РСВТ;

A_i — площадь или высота выбранного i -го пика маркера РСВТ;
 w_s — концентрация внутреннего стандарта (родственного РСВ 209), мг/дм³;
 A_s — площадь или высота пика внутреннего стандарта (родственного РСВ 209);
 w_i — концентрация i -го пика родственного соединения группы РСВТ, мг/дм³.

Концентрацию w_i вычисляют умножением концентрации РСВТ в калибровочном растворе на его относительное содержание в технической смеси (%), приведенное в таблице 3, и последующим делением на 100.

Составляют таблицу калибровки, аналогичную таблице 3, в которой приводят значения $ERRF_i$ для каждого выбранного пика маркера. Для калибровочного раствора (5.3.7) Ugilec 141 данные получены в процессе калибровки.

Для каждого выбранного пика маркера из промышленной смеси вычисляют $ERRF$ на основании анализа стандартного раствора калибровочной смеси (5.3.7).

12 Измерение

Вводят в газовый хроматограф раствор пробы (см. раздел 7), используя тот же объем, что и при калибровке. Хроматограмму записывают при настройках газового хроматографа, использованных при калибровке по разделу 11.

Вводят количество определяемых соединений РСВ, РСТ и РСВТ, а также внутреннего стандарта в пределах калиброванного линейного диапазона чувствительности детектора. При необходимости повторяют определение с использованием другого разбавления или объема образца.

Выбранные смеси (5.5) должны быть измерены с каждой серией проб или не менее одного раза в день. Если вычисленное содержание полихлорированных соединений в последовательных измерениях отличается более чем на $\pm 9\%$, систему следует откалибровать.

13 Вычисление результатов

Пики на хроматограмме идентифицируют по их экспериментальному относительному времени удерживания $ERRT$, вычисленному для каждого пика по формуле (1), и по образцам хроматограмм РСВ, РСТ и РСВТ, приведенным в качестве примера в приложении А.

Для выбранных РСВ и РСВТ не должно быть перекрывания пиков. Для количественного вычисления по хроматограмме используют метод внутреннего стандарта.

13.1 Вычисление содержания РСТ

Массу каждого i -го пика маркера РСТ $m_{i,j}$ мкг, в j -й промышленной смеси вычисляют по методу внутреннего стандарта, используя экспериментальный относительный коэффициент отклика, по формуле

$$m_{i,j} = \frac{m_s A_{i,j}}{A_s EERRF_{i,j}}, \quad (4)$$

где m_s — масса внутреннего стандарта (родственного PCB 209)Б, мкг;

$A_{i,j}$ — площадь или высота i -го пика маркера в j -й промышленной смеси;

A_s — площадь или высота пика внутреннего стандарта (родственного PCB 209);

$EERRF_{i,j}$ — экспериментальный относительный коэффициент отклика i -го пика маркера РСТ в j -й промышленной смеси.

Вычисляют содержание РСТ в пробе, мг/кг, по формуле

$$\text{Содержание РСТ} = \frac{1}{3} \sum_i \sum_j \left(\frac{100}{Z_{i,j}} \cdot \frac{m_{i,j}}{m_0} \right), \quad (5)$$

где $m_{i,j}$ — вычисленная масса i -го пика РСТ, мкг, в j -й промышленной смеси;

$Z_{i,j}$ — относительное содержание выбранного i -го пика в j -й промышленной смеси РСТ (по таблице 3);

m_0 — масса пробы, г.

13.2 Вычисление содержания РСВТ

Массу каждого пика маркера РСВТ m_i , мкг, в испытуемой пробе вычисляют методом внутреннего стандарта, используя экспериментальный относительный коэффициент отклика, по формуле

$$m_i = \frac{m_s A_i}{A_s EERRF_i}, \quad (6)$$

где m_s — масса внутреннего стандарта (родственного PCB 209), мкг;

A_i — площадь или высота выбранного i -го пика маркера РСВТ;

A_s — площадь или высота пика внутреннего стандарта (родственного PCB 209);

$EERRF_i$ — экспериментальный относительный коэффициент отклика i -го пика маркера в коммерческой смеси РСВТ.

Содержание РСВТ в пробе, мг/кг, вычисляют по формуле

$$\text{Содержание РСВТ} = \frac{1}{3} \sum_i \left(\frac{100}{Z_i} \cdot \frac{m_i}{m_0} \right), \quad (7)$$

где m_i — вычисленная масса, мкг, i -го пика маркера РСВТ промышленной смеси РСВТ;

Z_i — относительное содержание i -го пика в промышленной смеси РСВТ (по таблице 3);

m_0 — масса пробы, г.

14 Вычисление общего содержания PCB и родственных PCB

П р и м е ч а н и е — Важно отметить, что если содержание одной из трех групп PCBcont, РСТcont или РСВТcont не может быть определено в диапазоне применимости метода, суммарное определяемое количество полихлорированных соединений по данному разделу не может быть вычислено достоверно; в таких случаях можно регистрировать только частичные результаты.

Общее содержание PCB и родственных соединений X , округленное до целого числа, мг/кг, вычисляют суммированием массовых долей PCB, РСТ и РСВТ в пробе по формуле

$$X = A + B + C, \quad (8)$$

где A — содержание PCB, мг/кг, вычисленное по EN 12766-2 и округленное с точностью до 0,1 мг/кг;

B — содержание РСТ, мг/кг, вычисленное по 13.1 и округленное с точностью до 0,1 мг/кг;

C — содержание РСВТ, мг/кг, вычисленное по 13.2 и округленное с точностью до 0,1 мг/кг.

Если содержание группы A , B или C определить в пределах области применения настоящего метода (см. раздел 1) невозможно, общее содержание X не вычисляют и значение X не приводят. В таких слу-

чаях можно указать полученные промежуточные результаты *A*, *B* или *C* отдельно, используя соответствующие единицы и округление, приведенное в настоящем разделе.

Каждый промежуточный результат для групп *A*, *B* или *C* за пределами или ниже области применения настоящего метода испытаний (см. раздел 1) определяют как:

«Менее *Y*», где *Y* — область применения метода для каждой группы (см. раздел 1).

Если результаты для двух классов *A*, *B* или *C*, вне и ниже области применения настоящего метода, а третий результат находится в пределах, но близко к нижнему пределу области применения, то результат для *X* указывают:

«Менее *Z*», где *Z* — 25 мг/кг в соответствии с разделом 1.

15 Прецизионность

15.1 Общие сведения

Установлено, что анализ классов продуктов по методу настоящего стандарта является сложной и нетривиальной задачей в связи с продолжительностью анализа, необходимыми затратами и опытом. Труднодоступны надежные образцы с различным содержанием PCB, PCT и PCBT, подходящие для использования в межлабораторных исследованиях, необходимых для установления достоверных значений прецизионности.

Несмотря на то, что вычисление повторяемости и воспроизводимости проводилось по стандарту [2] следует указать, что значения, приведенные ниже, были получены на основании круговых испытаний 2 образцов в 6 лабораториях, что означает, что полученные данные не имеют числа степеней свободы, необходимого в соответствии со стандартом [2].

Поэтому обрабатывать данные и использовать значения, приведенные ниже, следует с соответствующей осторожностью. Однако независимые мнения признанных экспертов, основанные на большом ежедневном опыте работы в лаборатории, подтверждают реальность представленных значений.

15.2 Повторяемость

Расхождение *r* между двумя результатами испытаний, полученными одним и тем же оператором на одном и том же приборе при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении метода исследования, может превышать значения, приведенные в таблице 4, только в одном случае из двадцати.

15.3 Воспроизводимость

Расхождение *R* между двумя единичными и независимыми результатами, полученными разными операторами, работающими в разных лабораториях, на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени при нормальном и правильном выполнении метода исследования, может превышать значения, приведенные в таблице 4, только в одном случае из двадцати.

Таблица 4 — Прецизионность межлабораторных исследований (оценка CEN/TC 19)

Образец	Номинальное содержание, мг/кг	Определенное содержание, мг/кг	Повторяемость <i>r</i> , мг/кг	Воспроизводимость <i>R</i> , мг/кг
RRT 2-1				
<i>A</i> — PGB	22,6	24,4	2,8	7,6
<i>B</i> — PCT	31,3	28,6	4,2	8,5 ¹⁾
<i>C</i> — PCBT	30,4	20,3	3,65	5,7
<i>X</i> — сумма	64,3	73,3	5,0	26,0
RRT 2-2				
<i>A</i> — PGB	8,0	7,4	1,7	4,6
<i>B</i> — PCT	10,5	10,8	1,8	5,0
<i>C</i> — PCBT	5,0	3,7	2,8	2,7
<i>X</i> — сумма	23,8	21,9	3,5	12,0 ¹⁾

¹⁾ Лучшая оценка текущего ежедневного опыта работы в лаборатории.


16 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:

- а) вид и идентификацию испытуемого образца;
- б) обозначение настоящего стандарта;
- с) использованную процедуру отбора проб (раздел 7);
- д) использованную процедуру очистки (раздел 8);
- е) результаты испытаний (раздел 14), в том числе содержание PCB, PCT, PCBT и общее содержание PCB и родственных продуктов; а также указание использованного метода вычисления (A или B) по EN 12766-2;
- ф) любые отклонения от процедуры и особенности, отмеченные при испытании;
- г) дату проведения испытаний.

**Приложение А
(обязательное)**

Типичные хроматограммы




Времена удерживания компонентов Ugilec 141: 1 — 16,336 (контрольный стандарт PCB 30); 2 — 20,166; 3 — 30,502; 4 — 30,632; 5 — 30,952; 6 — 31,338 (пик-маркер UG 1); 7 — 31,701; 8 — 31,861; 9 — 32,125 (пик-маркер UG 2); 10 — 32,461; 11 — 32,676; 12 — 33,019; 13 — 33,127; 14 — 33,273; 15 — 33,514 (пик-маркер UG 3); 16 — 33,900; 17 — 34,271; 18 — 34,399; 19 — 34,556; 20 — 34,728; 21 — 35,238; 22 — 35,457; 23 — 36,420; 24 — 49,044; 25 — 50,927 (внутренний стандарт PCB 209)

Рисунок А.1 — Типичная хроматограмма Ugilec 141

П р и м е ч а н и е — Времена удерживания и номера пиков PCB по IUPAC приведены по стандарту [3]. Большое количество чисел для PCB определяется большим количеством родственных соединений в Aroclor 1260 (данные получены из [4]). Данные для смесей PCT 5442 и PCT 5460 представлены г. Tumiatti из Sea Marconi, Турин.

Т а б л и ц а А.1 — Пики Ugilec 141 и родственных PCB (с относительным содержанием) в порядке возрастания экспериментального относительного времени удерживания *ERRT* в диапазоне 0,408—0,641

Номер пика	<i>ERRT</i> (пример)	Номер родственного соединения, вариант «Все вероятно» (номер по IUPAC)	Относительное содержание, %	Номер пика	<i>ERRT</i> (пример)	Номер родственного соединения, вариант «Все вероятно» (номер по IUPAC)	Относительное содержание, %
54	0,408	87/115	1,61/0,12	68	0,521	132/153	1,99/5,25
55	0,416	85	0,75	69	0,528	105	1,59
56	0,422	136	1,14	70	0,546	141	1,20
57	0,427	77/110	0,15/3,09	71	0,550	179	0,67
UG 1	0,4375		7,55	72	0,559	130	0,24
59	0,451	151/82	1,61/0,46	73	0,564	137/176	0,10/0,42
60	0,460	135	1,42	74	0,574	138/160/163	3,29/0,02/0
UG 2	0,4602		11,55	75	0,579	158	0,77
61	0,468	107	0,26	76	0,590	126/129/178	0/0,45/0,99
62	0,474	123/149	0,27/3,56	77	0,601	175	0,09
63	0,477	118	2,86	78	0,607	187	1,43
64	0,495	134	0,37	79	0,616	183	0,64
65	0,499	114	0	80	0,627	128	1,04
UG 3	0,4999		14,83	81	0,636	167	0,16
66	0,503	122/131	0,27/0,11	82	0,641	185	0,45
67	0,510	146	0,77				




Времена удерживания компонентов Aroclor 5442: 1 — 16,337 (контрольный стандарт PCB 30); 2 — 17,267; 3 — 17,385; 4 — 18,451; 5 — 20,167; 6 — 20,712; 7 — 22,564; 8 — 23,898; 9 — 26,818; 10 — 34,809; 11 — 35,252; 12 — 37,349; 13 — 37,666; 14 — 38,739; 15 — 38,871; 16 — 39,013; 17 — 39,320; 18 — 39,677; 19 — 40,046; 20 — 40,167; 21 — 40,556; 22 — 40,712; 23 — 40,858; 24 — 41,099; 25 — 41,450; 26 — 41,638; 27 — 42,022; 28 — 42,259; 29 — 42,556; 30 — 42,667; 31 — 42,894; 32 — 43,338; 33 — 43,570; 34 — 44,049 (пик-маркер PCT 5442-1); 35 — 44,250; 36 — 44,702; 37 — 44,964; 38 — 45,203; 39 — 45,376; 40 — 45,648 (пик-маркер PCT 5442-2); 41 — 45,980; 42 — 46,258 (пик-маркер PCT 5442-3); 43 — 46,634; 44 — 46,951; 45 — 47,154; 46 — 47,561; 47 — 47,885; 48 — 48,191; 49 — 48,368; 50 — 48,745; 51 — 48,935; 52 — 49,305; 53 — 49,473; 54 — 49,910; 55 — 49,965; 56 — 50,276; 57 — 50,697; 58 — 50,926 (внутренний стандарт PCB 209); 59 — 51,230; 60 — 51,695; 61 — 51,788; 62 — 52,259; 63 — 52,540; 64 — 52,936

Рисунок А.2 — Типичная хроматограмма для РСТ Aroclor 5442

Т а б л и ц а А.2 — Пики РСТ Aroclor 5442 и родственных PCB (с относительным содержанием) в порядке возрастания экспериментального относительного времени удерживания $ERRT$ в диапазоне 0,785—1,099

Номер пика	$ERRT$ (пример)	Номер родственного соединения, вариант «Все вероятно» (номер по IUPAC)	Относительное содержание, %
98	0,785	196/203	0,69/0,99
PCT01	0,8005	—	3,91
PCT02	0,8066	—	2,24
99	0,812	189	0,11
PCT03	0,8266	—	2,35
PCT04	0,8335	—	2,61
100	0,838	195/208	0,68/0,17
PCT05	0,8467	—	4,08
101	0,852	207	0,05
PCT06	0,8642	—	3,91
102	0,877	194	1,3
103	0,885	205	0,15
PCT07	0,9010	—	4,86
PCT08	0,9235	—	2,45
PCT09	0,9346	—	2,63
PCT10	0,9416	—	3,82
104	0,945	206	0,45
PCT11	0,9794	—	3,15
PCT12	0,9918	—	2,37
Декахлорбифенил	1,000	209	(Внутренний стандарт)
PCT13	1,0072	—	2,28
PCT14	1,0365	—	2,14
PCT15	1,0450	—	1,93
PCT16	1,0559	—	1,54
PCT17	1,0985	—	1,36



Пики компонентов Aroclor 5460: 1 — контрольный стандарт PCB 30; 2 — внутренний стандарт PCB 209; 3 — пик-маркер PCT 5460-1; 4 — пик-маркер PCT 5460-2;
5 — пик-маркер PCT 5460-3

Рисунок А.3 — Типичная хроматограмма РСТ Aroclor 5460

Т а б л и ц а А.3 — Пики РСТ Aroclor 5460 (с относительным содержанием) в порядке возрастания экспериментального относительного времени удерживания *ERRT* в диапазоне 1,1937—1,6091

Номер пика	<i>ERRT</i>	Относительное содержание, %
Декахлорбифенил	1,000	—
PCT01	1,1937	1,23
PCT02	1,2140	1,10
PCT03	1,2295	1,66
PCT04	1,2350	2,83
PCT05	1,2867	2,66
PCT06	1,2912	1,83
PCT07	1,2954	2,39
PCT08	1,3011	2,16
PCT09	1,3046	1,92
PCT10	1,3214	4,18
PCT11	1,3629	4,82
PCT12	1,3690	3,78
PCT13	1,4135	5,04
PCT14	1,4187	3,17
PCT15	1,4253	2,10
PCT16	1,4341	2,89
PCT17	1,4506	2,20
PCT18	1,4666	2,01
PCT19	1,5083	2,03
PCT20	1,5174	2,90
PCT21	1,5550	0,65
PCT22	1,5733	0,58
PCT23	1,5829	0,90
PCT24	1,6091	0,80

Библиография

- [1] Council Directive 96/59/EC on disposal of polychlorinated biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT), 16 September 1996
- [2] EN ISO 4259:1995, Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259:1992/Cor. 1:1993)
- [3] EN 61619:1997, Insulating liquids — Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) — Method of determination by capillary column gas chromatography (IEC 61619:1997)
- [4] Schultz, Petrick and Duinker, Complete Characterisation of PCB congeners in Commercial Aroclor and Clophen Mixtures by Multidimensional GC — ECD: Environ Sci Technol., Vol 23 (7) 1989

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным стандартам

Таблица ДА.1 — Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным стандартам

Обозначение и наименование ссылочного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
EN 12766-1:2000 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение PCB и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB газовой хроматографией (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)	IDT	ГОСТ EN 12766-1—2014 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)
EN 12766-2:2001 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение PCB и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания полихлорированных бифенилов (PCB)	IDT	ГОСТ EN 12766-2—2014 Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 2. Определение содержания PCB
ISO 3696:1987 Вода, используемая для лабораторного анализа. Спецификация и методы испытаний	IDT	ГОСТ ISO 3696—2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля
<p>П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDT — идентичные стандарты. 		

УДК 665.7:543.544.32:006.354

МКС 75.080
75.100

IDT

Ключевые слова: нефтепродукты, отработанные масла, определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений, определение полихлорированных терфенилов (PCT), определение полихлорированных бензилтолуолов (PCBT), метод газовой хроматографии (GC), электронозахватный детектор (ECD)

Редактор А.А. Бражников

Технический редактор В.Н. Прусакова

Корректор Ю.М. Прокофьева

Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 22.06.2015. Подписано в печать 28.07.2015. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,40. Тираж 37 экз. Зак. 2605.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru