Группа Т80 удк 389.14 ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ OCT 1 00442-82 ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Средства измерений единичного изготовления На 4 страницах Содержание метрологических требований в технических условиях 033 9166 ОКСТУ 7502 Дата введения 01.01.83 Настоящий стандарт устанавливает метрологические требования, отражаемые в технических условиях (ТУ) на средства измерений единичного изготовления (СИЕИ), разрабатываемые в процессе проведения опытно-конструкторских работ в соответствии c OCT 1 00231-77. 1. В ТУ на СИЕИ, разработанных в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-95, должны быть дополнительно изложены метрологические требования. **М**е подлиника TP 8245854 or 14.04.82 Перепечатка воспрещена Издание официальное

Во вводной части изпагаются сведения о назначении СИЕИ (образцовые, рабочие).

В подразделе "Характеристики" раздела "Технические требования" устанавливаются требования:

- к нормируемым метрологическим характеристикам для нормальных и (или) рабочих условий применения СИЕИ в соответствии с техническим заданием (ТЗ) на разработку СИЕИ;
- к допускаемым предельным отклонениям нормируемых метрологических характеристик при климатических, механических и других видах внешних воздействующих факторов в соответствии с ТЗ на разработку СНЕИ;
- к допускаемым предельным отклонениям нормируемых метрологических характеристик при испытании на надежность в соответствии с ТЗ на разработку СИЕИ;
- к времен**и у**ста**нов**лени**я рабочего** режима и продолжительности непрерывной работы СИЕИ.
  - В разделе "Правила приемки" устанавливается порядок:
- проведения испытаний в соответствии с требованиями ОСТ 1 00231-99 и
  ОСТ 1 00424-89;
- проведения поверки СИЕИ в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94 или калибровки.
  - В разделе "Методы контроля" устанавливаются:
- методы контроля нормированных метрологических характеристик, изложенных в разделе "Технические требования", а в случае невозможности непосредственного контроля метрологических характеристик, методы их расчета;
- перечень образцовых средств измерений, необходимых для проведения контроля метрологических характеристик;
- перечень испытательного оборудования, приспособлений, вспомогательных устройств с указанием их метрологических и технических характеристик.
- 2. ТУ на СИЕИ должны согласовываться с Главным метрологом, с представителем заказчика (по его требованию) и утверждаться руководством предприятия – разработчика СИЕИ.
- 3. ТУ на СИЕИ должны подвергаться метрологической экспертизе в соответствии с требованиями ОСТ 1 00221-84.

2768 ೮ 033 S ž ż

> в № дубликата в № подлиника

## информационные данные

- 1. УТВЕРЖДЕН Министерством
- ЗАРЕГИСТРИРОВАН ШГФСТУ за № 8245854 от 14.04.82
- 2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

12768

11033

ž

подлинника М. дубликата

ž

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД,<br>на который дана ссылка | Номер пункта |
|--|--------------|
| roct 2.114-70                              | 1            |
| OCT 1 00221-84                             | 5            |
| OCT 1 00231 <b>-</b> 99                    | 1            |
| OCT 1 00424-89                             | 1            |
| ПР 50.2.006-94                             | 1            |
|  |              |